



## Arbeitsunfall im NW II

### Mitarbeiterin leicht verletzt

**Bei einem Arbeitsunfall in einem Labor des Gebäudes Naturwissenschaften II der Universität Bayreuth zog sich am Dienstag gegen 12.30 Uhr eine technische Mitarbeiterin Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu.**

Nach jetzigem Kenntnisstand explodierte ein Glasgefäß, als die 48-Jährige eine polymere Substanz darin abwog. Die von ihr benutzte Waage war gegen Zugluft abgeschirmt und befand sich unter einer Einhausung aus Glas, die bei dem Unfall zerbarst. Splitter trafen die Frau an der Hand und im Gesicht. Sie trug eine Schutzbrille, auch alle anderen Schutzvorkehrungen waren eingehalten worden. Der Rettungsdienst brachte die Frau umgehend ins Klinikum Bayreuth. Dort wurden ihre Verletzungen versorgt, sie konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Für die Dauer von circa einer Stunde war der betroffene Gebäudeteil des NW II und die darunter liegende Bibliothek gesperrt. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro.

976 Zeichen  
19 Zeilen  
ca. 60 Anschläge/Zeile  
Abdruck honorarfrei  
Beleg wird erbeten

#### **Kontakt:**

Pressestelle der Universität Bayreuth  
Frank Schmälzle  
Universitätsstr. 30  
95447 Bayreuth

Tel. 0921 / 55-5323  
Fax 0921 / 55-5325  
E-mail: [pressestelle@uni-bayreuth.de](mailto:pressestelle@uni-bayreuth.de)